仕　　様　　書

１　件　　名　　病棟用電動ベッド外５点の購入

２　納入場所　　東京都板橋区栄町３５番２号
　　　　　　　　地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター（新施設）

３　納入期限　　平成２５年４月３０日
　　　　　　　　但し、納入にあたっては、新施設建築工事の進捗状況をふまえ、センター職員と協議のこと。

４　納入物品及び数量等

	品名等	規　格　等	数量	納入場所
1	電動ベッド	「パラマウントベッド社製」 ドージェ　KA-23221E ※　要求仕様要件は特記仕様書のとおり	3台	特別室
2	電動ベッド（白木ボード型）	「パラマウントベッド社製」 メーティスシリーズ電動ベッド（白木ボード型） KA-96221A ※　要求仕様要件は特記仕様書のとおり	10台	緩和ケア病棟
3	電動ベッド	「パラマウントベッド社製」 メーティスシリーズ電動ベッド　KA-96221A ※　要求仕様要件は特記仕様書のとおり	144台	病棟各階(有料個室)
4	電動ベッド	「パラマウントベッド社製」 カリストエールシリーズ電動ベッド　KA-33221J ※　ｽﾏｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙ接続ﾎﾞｯｸｽを含む ※　要求仕様要件は特記仕様書のとおり	13台	病棟各階(一般個室)
5	オーバーテーブル	「パラマウントベッド社製」 オーバーテーブル　KF-833LC	3台	特別室
6	ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ	「パラマウントベッド社製」 ベッドサイドテーブル　KF-195	10台	緩和ケア病棟
7	ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾚｰﾙ	「パラマウントベッド社製」 ベッドサイドレール　KS-126WG	6組	特別室

	品名等	規　格　等	数量	納入場所
8	ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾚｰﾙ	「パラマウントベッド社製」 ベッドサイドレール　KS-126BG	20 組	緩和ケア病棟
9	ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾚｰﾙ	「パラマウントベッド社製」 ベッドサイドレール　KS-161G	314 組	各病棟
10	ｽｲﾝｸﾞ解除ﾊﾞｰ	「パラマウントベッド社製」 スイング介助バー　　KS-096AG	2 本	緩和ケア病棟
11	ｽﾏｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙ	「パラマウントベッド社製」 スマートハンドル　　NN－2010	1 本	総務課

＊　上記については、同等品以上とする。

5　そ の 他

(1)　各機器は日本国の関係法令に基づき、医療承認を受けていること。

(2)　発注者の指定する場所へ納入及び設置するものとし、その経費（運搬、据付、配線、配管、納入機器の調整、既存機器の移設及び撤去等）については、納入者の負担とする。また、納品及び設置に際しては、必要な養生等を行い、発注者及び第三者に損害を与えることのないようにすること。

(3)　各機器の製造元発行の所定の保証書を提出すること。また、納品時には、納入機器に関する操作方法・維持管理方法等必要事項の説明及び指導を行い、取扱説明書を必ず提出すること。

(4)　無償保証期間は、納入後 1 年間とする。

(5)　本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）」及びその他法令の規定に基づき、次の事項を遵守し、環境により良い自動車利用を行うこと。

①　ディーゼル車規制に適合する自動車であること。

②　自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成 4 年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。

③　低公害・低燃費な自動車に努めること。

なお、適合確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。

(6)　本仕様書に明示されていない事項について疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ、決定すること。

【担当】東京都健康長寿医療センター総務課契約管財係　岡田・飯塚・篠原
電話　03-3964-1141（代）　内線　2108